

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 04/2026**, Processo Administrativo nº **064/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos e materiais permanente para a Unidade básica de saúde Ana Torres Bandeira, no município de Carrasco Bonito - TO, nos termos da Proposta nº 11740122000126002/2026

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
CAROLINE DISQUE DA SILVA - 40.260.072/0001-92 cr.tecnolog@gmail.com - (18) 99683-0823	49.572,00	37.560,00	12.012,00 Proveito (24,23%)
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 39.581.101/0001-39 licitach3negocios@gmail.com - (61) 99966-4954	17.040,00	11.700,00	5.340,00 Proveito (31,34%)
DA SILVA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 50.508.815/0001-54 sintasedistb2b@gmail.com - (99) 99177-5171	12.420,00	7.432,00	4.988,00 Proveito (40,16%)
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50 meridionaldistribuidora@outlook.com - (87) 3762-0445	1.077,00	1.023,15	53,85 Proveito (5,00%)
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA - 60.243.240/0001-49 faroldistribuidoralt@gmail.com - (63) 99103-3838	42.712,00	22.445,00	20.267,00 Proveito (47,45%)
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 54.647.123/0001-48 jthospitalar@hotmail.com - (43) 99612-8615	15.492,00	10.955,00	4.537,00 Proveito (29,29%)
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 42.891.684/0001-09 rbdistribuidorapso@gmail.com - (63) 99286-0799	48.402,00	42.244,00	6.158,00 Proveito (12,72%)
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57.498.660/0001-61 starmedical.licita@gmail.com - (43) 3339-1320	13.270,00	6.500,00	6.770,00 Proveito (51,02%)
Totais	199.985,00	139.859,15	60.125,85 Proveito (30,07%)

Detalhes

GILVAN BANDEIRA DA SILVA na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DA SILVA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 50.508.815/0001-54

Lote 10		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 10					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Impressora Laser (Comum) Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	4,00	UND	1.858,00	7.432,00
Marca: HP Fabricante: HP Modelo: 107W				

Fornecedor: FAROL DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 60.243.240/0001-49				
Lote 2	Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 2				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Armário Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04 20KG.	1,00	UND	900,00	900,00
Marca: NOBRE		Fabricante: NOBRE		Modelo: 100103
Lote 6	Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 6				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
No-Break (Para Computador/Impressora) Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	10,00	UND	605,00	6.050,00
Marca: CR ENERGIA		Fabricante: CR ENERGIA		Modelo: ksb 1200bs
Lote 14	Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 14				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Laser para Fisioterapia Especificação Técnica DISPLAY TIPO CANETA: DIGITAL LED LASER OU INFRAVERMELHO POSSUI	1,00	UND	2.045,00	2.045,00
Marca: IBRAMED		Fabricante: IBRAMED		Modelo: ME17917A
Lote 17	Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 17				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Arquivo Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO DE 3 A 5 GAVETAS TRILHO TELESCÓPICO	3,00	UND	1.200,00	3.600,00
Marca: NOBRE		Fabricante: NOBRE		Modelo: 100207
Lote 19	Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 19				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	20,00	UND	200,00	4.000,00

Marca: NOBRE		Fabricante: NOBRE		Modelo: S-001	
Lote 22		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 22					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesa de Escritório Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI		5,00	UND	450,00	2.250,00
Marca: NOBRE		Fabricante: NOBRE		Modelo: 400101+400602	
Lote 23		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 23					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Longarina Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECCÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO 03 LUGARES		9,00	UND	400,00	3.600,00
Marca: NOBRE		Fabricante: NOBRE		Modelo: PL - 003	

Fornecedor: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA - CPF/CNPJ: 39.581.101/0001-39				
Lote 21		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 21				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Ar Condicionado TIPO CAPACIDADE CICLO: SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIIO 220V	6,00	UND	1.950,00	11.700,00
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: ECO INVERTER 9.000 BTUS QF		

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CPF/CNPJ: 54.647.123/0001-48					
Lote 1			Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 1					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Adipômetro Especificação Técnica TIPO TECNOLOGIA: ANALÓGICO CLÍNICO MATERIAL CONFECCÃO: MOLAS DE METAL	1,00	UND	135,00	135,00	
Marca: SLIM		Fabricante: SLIM		Modelo: FIT	
Lote 4			Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 4					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Monitor de Sinais Vitais para Telessaúde Especificação Técnica Parâmetros vitais de aferição automática pontual: Pressão Arterial (PA), Frequência Cardíaca (FC), Temperatura (TEMP), Oximetria de Pulso (SpO2) e eletrocardiograma (ECG). Equipamento compacto com display de LCD amplo, que proporcione a visualização dos dados vitais aferidos. Com interface intuitiva que permita acesso rápido às configurações. Memória com capacidade de armazenamento. O equipamento deve possuir conectividade homologada Anatel e enviar automaticamente os dados vitais aferidos via conexão bluetooth para o aplicativo associado, que deve identificar o paciente, o profissional de saúde e receber automaticamente a PA, FC, TEMP, SpO2 e ECG mensurados. Com possibilidade de inserção manual de parâmetros complementares. Deve possuir integração com o Prontuário Eletrônico da instituição e do paciente. Para uso pediátrico e adultos. Bateria recarregável de longa duração. Acessórios inclusos: 03 braçadeiras reutilizáveis de tamanhos pediátrico, adultos e adultos grande, 01 sensor de oximetria reutilizável adulto, 01 termômetro infravermelho digital, 01 módulo de ECG e cabo para conexão com smartfhone. Entrada para rede elétrica bivolt.	1,00	UND	4.690,00	4.690,00	

Marca: 1000MEDIC		Fabricante: 1000MEDIC		Modelo: NP1012	
Lote 7		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 7					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Cama Elástica Proprioceptiva Especificação Técnica Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superio. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	1,00	UND	450,00	450,00	
Marca: MASPORT		Fabricante: MASPORT		Modelo: 170KG	
Lote 8		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 8					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TENS e FES Especificação Técnica NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS	2,00	UND	1.790,00	3.580,00	
Marca: IBRAMED		Fabricante: IBRAMED		Modelo: NEURPDYN II	
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 11					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Ultrassom para Fisioterapia Especificação Técnica Frequências disponíveis: 1 MHz e 3 MHz; Equipamento com tela LCD;Intensidade ajustável: 0,1 a 2,0 W/cm²; Modos de emissão: Contínuo (100%), Pulsado (20% e 50%); ERA (Área Efetiva de Radiação): conforme especificação do fabricante; Registro na ANVISA; Alimentação elétrica conforme necessidade do solicitante.	1,00	UND	2.100,00	2.100,00	
Marca: IBRAMED		Fabricante: IBRAMED		Modelo: SONOPULSE III	

Fornecedor: CAROLINE DISQUE DA SILVA - CPF/CNPJ: 40.260.072/0001-92				
Lote 12		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 12				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Computador Portátil (Notebook) Especificação Técnica O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 512 GB, interface PCIe NVMe M.2 Gen4, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR5 5200Mt/s ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 ax, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	4,00	UND	6.750,00	27.000,00
Marca: Positivo		Fabricante: Positivo		Modelo: Positivo master n8450 Ultra 5 135h/ 16gb (DDR5) 512gb SSD NVME/ 14" Full HD / leitor de cartão/ po
Lote 16		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 16				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático	4,00	UND	2.640,00	10.560,00
Marca: Pantum Fabricante: Pantum Modelo: Bm5100fdw				

Fornecedor: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 57.498.660/0001-61				
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 3				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Eletrocardiógrafo para Telessaúde Especificação Técnica Eletrocardiógrafo para Telessaúde de Repouso com 12 derivações simultâneas em 1, 3, 6 e12 canais. Resolução digital 1 uV/LSB. Comunicação com computador via USB. Taxa de amostragem digital 8.000 amostras por segundo. Laudo interpretativo e relatório das medidas complexas de todas as derivações. Identificação de arritmia, análise da variabilidade da pulsação cardíaca no intervalo RR, função ST Map para rápida análise do miocárdio ou isquemia. Parâmetros de medidas FC, PR, QRS, QT/QTc, eixo P-R-T, SV1/RV5/R+S amp. Relatório Beat Report: texto, guia, vetor e ST map. Ganho 2.5,5,10,20 mm/mVe auto. Velocidade 5,12.5, 25, 50, 100 mm/s. Entrada de dados para identificação do paciente, nome, data de nascimento, idade, sexo, altura, peso, etnia, tabagismo, departamento, número do quarto, estudo, número de acesso, referência médica. Frequência cardíaca de 30~300bpm. Detecção de marcapasso, saturação de sinal e identificação de eletrodo solto por derivação. Fonte de energia elétrica proveniente do computador. Worklist bidirecional permitindo importar a lista de exames agendados do prontuário eletrônico, selecionar pacientes prescritos e exportar os exames diretamente ao PACS no formato DICOM. Software para telemedicina e integração direta com servidor WEB.	1,00	UND	6.200,00	6.200,00
Marca: BIONET / CARDIOCARE 2000 Fabricante: BIONET / CARDIOCARE 2000 Modelo: BIONET / CARDIOCARE 2000				
Lote 9		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 9				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Esfigmomanômetro Obeso Especificação Técnica TIPO: ANALÓGICO	2,00	UND	150,00	300,00
Marca: PREMIUM / OBESO Fabricante: PREMIUM / OBESO' Modelo: PREMIUM / OBESO				

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - CPF/CNPJ: 40.876.269/0001-50				
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 13				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Escada Digital em Madeira para Reabilitação Especificação Técnica APLICAÇÃO:MEMBROS SUPERIORES (OMBROS e DEDOS)	1,00	UND	194,75	194,75
Marca: ARKTUS		Fabricante: ARKTUS		Modelo: ESCADA DIGITAL EM MADEIRA
Lote 20		Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19		
Lote 20				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Mesa para Impressora Especificação Técnica - ESTRUTURA TAMPO GAVETA DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO OU FERRO PINTADO MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR NÃO POSSUI MÍNIMO DE 50X40X60CM	4,00	UND	207,10	828,40
Marca: PLENO MOVEISFabricante: PLENO MOVEISModelo: MESA LIGTH				
Fornecedor: RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 42.891.684/0001-09				
Lote 5	Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 5				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Exercitador de Mãos e Dedos Especificação Técnica Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	6,00	UND	49,00	294,00
Marca: ARKTUSFabricante: ARKTUSModelo: EXERCITADOR				
Lote 15	Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 15				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Computador (Desktop-Básico) Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHzMHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	8,00	UND	5.000,00	40.000,00
Marca: Skill ProFabricante: Skill ProModelo: Core i5 11400F				
Lote 18	Data/Hora da Homologação - 23/07/2026 08:59:19			
Lote 18				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Projektor Multimídia (Datashow) Especificação Técnica Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100- 120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	1,00	UND	1.950,00	1.950,00
Marca: INTERPRISEFabricante: INTERPRISEModelo: 18-W5000				

Autoridade Competente: GILVAN BANDEIRA DA SILVA